

使用前点検記録表

da Vinci Si ビジョンカート

機器番号 20 年 月

医療機器安全管理責任者	医療機器安全管理担当者

設置場所 医療機器安全管理責任者: 雲母 公貴 製品名: da Vinci Si
 手術室 医療機器安全管理担当者: 江口 洋幸 メーカー: intuitive surgical
 院内医療機器分類: 手術室関連医療機器 型式: VS3000
 ID: クラス分類: 特保・高度管理医療機器 製品番号: 314927

月	日	外装、電源コードに汚れ、破損はないか？非常用コンセントに確実に接続されているか？	ファイバーケーブルの汚れ、破損はないか？装置接続後、青ランプが点灯するか？	背面のDVD及び各配線は確実に接続されているか？ネットワークは確実に接続されているか？	起動後、3Dカメラヘッド、光源は正常に動作しているか？光源の使用時間は大丈夫か？	タッチスクリーンモニターは正常に動作しているか？	気腹装置の汚れはないか、ボンベの残量は大丈夫か？DVDは確実に接続されているか？	備考	サイン