

前立腺のMRI検査で更衣をしていただいていたのですが、
パンツからのアーチファクトを発見しました。
確認すると、遠赤外線と磁鉄鉱を含むシートの入った健康下着でした。
http://www.zakka.net/taguchi_enterprises/item/48039/
当製品は、医療品ではないためMRI検査が禁忌の明示はありません。
今回は、被検者に発熱を感じるなどの障害は発生しませんでした。
大いに注意を要する事例だと思います。
問診の際に、健康下着の着用の有無などの確認も実施してください。