

テーマ「これでいいのかTMP」

《開催概要》

日時：2014年10月23日(木) 18:30~20:00 (18:00~受付)
場所：兵庫県私学会館101号室
(〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-3-13)
参加費：会員・学生 ¥1,000 一般 ¥2,000
主催：一般社団法人 兵庫県臨床工学技士会

《開催趣旨》

膜の目詰まりや膜劣化の指標としては、急性血液浄化機器においては、従来からTMPが用いられています。また、近年では透析装置にもTMPを表示させることが可能となってきました。しかし、急性血液浄化機器と違い、透析装置では圧力の測定箇所が簡略化されていたり、補正の方法も異なっていたりすることからTMPは各社で異なっています。そこで、透析装置を製造する各社に共通の質問を投げかけて、各社の考え方や今後の展望を把握する機会になればと考えております。

《プログラム》

18:00~18:30 受付
18:30~19:45

司会 明石市立市民病院 中村 拓生 先生
オーバービュー 五仁会 元町HDクリニック 森上 辰哉 先生
メーカープレゼンテーション

『TMP算出等における各社特徴と展望』

株式会社 JMS 上戸 章吾 先生
ニプロ 株式会社 三橋 真 先生
東レメディカル 株式会社 今井 正己 先生
日機装 株式会社 田中 剛 先生

19:45~20:00 質疑応答

お問い合わせ

社) 兵庫県臨床工学技士会 事務局
兵庫医科大学病院 急性医療総合センター
臨床工学室内
〒663-8501 西宮市武庫川町1-1
TEL 0798-45-5292
FAX 0798-45-5296
E-mail hce-office@umin.ac.jp
HP <http://hce.umin.jp>

